


## Effet du placement de la sonde sur la mesure in-vivo oreille nue ou oreille ouverte

Différentes mesures du gain étymotique (= REUG = GNO)  
avec la sonde de plus en plus mal placée :  
plus elle est éloignée du tympan, plus la courbe s'affaisse dans les aigus,  
plus l'erreur de mesure est importante.



Mesures : Nadège DURAND