

Feuille1

<i>Logiciel</i>	<i>Formule d'appareillage</i>	<i>Source de l'UCL</i>	<i>Les compressions sont-elles calculées en fonction de l'UCL saisi ?</i>
<i>Aventa 2.9</i>	Audiogram+	Statistique	Non
	DSL [i/o]	Audiogramme	Oui
	NAL NL-1	Statistique	Non
	DSL v5	Audiogramme	Oui
<i>Connexx 6.2</i>	ConnexxFit	Audiogramme	Non
	Open	Audiogramme	Non
	NAL NL1	Audiogramme	Non
	DSL [i/o]	Audiogramme	Oui
<i>ExpressFit 6.0</i>	DSL m[i/o]	Statistique	Non
<i>Oasis 10.1</i>	BernaFit	Audiogramme	Oui
	NAL NL1	Audiogramme	Non
	DSL [i/o]	Audiogramme	Oui
<i>U:fit 2.0.1</i>	NAL NL1	Statistique	Non
	DSL v5	Audiogramme	Oui
<i>Inspire 2009</i>	e-Stat	Audiogramme	Non
	NAL NL1	Audiogramme	Non
	DSL v5	Audiogramme	Oui
	NAL NL-R	Audiogramme	Non
<i>iPFG 2.4</i>	Phonak Digital for CrystalSound	Audiogramme	Oui
	DSL v5	Audiogramme	Oui
	DSL [i/o]	Audiogramme	Oui
	NAL NL1	Statistique	Non
<i>Génie 2009.2</i>	NAL NL1	Audiogramme	Non
	DSL v5	Audiogramme	Oui
<i>Compass 4.7</i>	Propriétaire	Statistique	Non
<i>Solus 2.6</i>	BAFA	Audiogramme	Oui
	DSL [i/o]	Audiogramme	Oui

*Données validées au 27.10.2009

Feuille1